



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๐๙๓๒/๑๙๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ชุดอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร คุณภาพ มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะขออนุมัติเผยแพร่ชุดอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการยกระดับของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๘๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

(นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก


(นายชุต หิรัญรักษ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

(นายสมพงษ์ อุทธิฟ้า)
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ชุดอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ รพ.สต. ปิงปประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามเอกสารที่แนบ Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายชุต หิรัญรักษ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  นางสาวจินตนา ศรีปลมาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	



ที่ กส ๐๙๓๒/๖๙๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอห้วยเม็ก (หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก) ได้รับการ
จัดสรรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงรักษาและท
นแทนทั่วไป โดยให้เบิกจ่ายจาก CUPอำเภอห้วยเม็ก (โรงพยาบาลห้วยเม็ก) นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่
๒.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ อำเภอห้วยเม็ก (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก)
ได้ตกลงซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กับร้านเพาเวอร์เมด เซ็นเตอร์ โดย นายปฐพล สีหาราช เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๑๑
ซอยนิตรเพชร ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๖๓๐๐๒๖๓๗ และดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเบิกจ่ายเงินจากโรงพยาบาลห
้วยเม็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- | | | |
|---|-----------|------------------------|
| ๑. คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก | ๑ คอม | เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ | ๓ เครื่อง | เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๓. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิด
อัตโนมัติ | ๑ เครื่อง | เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔. เครื่องซั้่น้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง | ๒ เครื่อง | เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๕. หม้อต้มเครื่องมือ | ๑ เครื่อง | เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท |

รวม จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จึง
ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินฯ ให้โรงพยาบาลห้วยเม็ก เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ภูมิฟ้า)
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

งานบริหารทั่วไป

โทร.๐๔๓-๘๘๙๐๓๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ งานบริหารทั่วไป โทร.๐๔๓-๘๘๙๐๓๖
ที่ กส ๐๔๓๒/๑๙๒ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลตรวจรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน เขตสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จำนวน ๕ รายการ

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก

เรื่องเดิม

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ อำเภอ
ห้วยเม็ก (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก) ได้ตกลงซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลใน เขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จำนวน ๕ รายการ กับ พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ โดย
นายปฐพล สีหาราช เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ เลข
ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๓๓๕๖๓๐๐๒๖๓๗ ได้ทำการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลใน เขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จำนวน ๕ รายการ ซึ่งไม่เกินวันสุดท้ายในสัญญาจ้าง (๖ มีนาคม ๒๕๖๔) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. บัดนี้ พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ โดย นายปฐพล สีหาราช ผู้ขาย ได้แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตามใบส่งของ เลขที่ P๖๓-๐๐๐๘๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้

๑. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	๑ โคม	เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	๓ เครื่อง	เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิด อัตโนมัติ	๑ เครื่อง	เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	๒ เครื่อง	เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. หม้อต้มเครื่องมือ	๑ เครื่อง	เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท


รวม จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
บาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการตรวจรับ ตามคำสั่งอำเภอห้วยเม็ก ที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๔ ได้ตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ที่ได้รับการส่งมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วย
เม็ก ในวันที่ ๓ - ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่า ผู้ขาย ทำการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕
รายการ เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการทุกประการ ตามใบตรวจรับครุภัณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์
ตามคำสั่งฯ เห็นสมควรให้พิจารณาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ผู้ขาย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(นางแมนมาศ ภูตองศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจการจ้าง
(นางอรุณี ดวงประทุม)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวสุชาวดี ศรีมุงคุณ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางสาวกฤษไศภิต เกื้อจรรุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายชุต หิรัญรักษ์)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก เพื่อโปรดทราบ
ได้ตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
และ มีงบประมาณเพียงพอสามารถเบิกจ่าย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินได้

(ลงชื่อ) 
(นายสมพงษ์ ภูมิฟ้า)
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

(☒) ทราบ
(☒) อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

(ลงชื่อ) 
(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)
นายอำเภอห้วยเม็ก
ลงวันที่ 10 มี.ค. 64

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ได้ตกลง ซื้อ กับ พาวเวอร์ เมค เซ็นเตอร์ สำหรับโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก วงดที่ ๑ , รายการที่ ๒ หม้อต้มเครื่องมือ วงดที่ ๑ , รายการที่ ๓ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง วงดที่ ๑ , รายการที่ ๔ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ วงดที่ ๑ และรายการที่ ๕ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ วงดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก

เบิกจ่ายเงิน วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๒ หม้อต้มเครื่องมือ

เบิกจ่ายเงิน วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๓ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

เบิกจ่ายเงิน วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๔ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ

เบิกจ่ายเงิน วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๕ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ

เบิกจ่ายเงิน วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางแม่นามาศ ภูตองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรุณี ดวงประทุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาติ ศรีมุงคุณ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๒๗๐๐๒๗๗๗

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๒๑๔๑๘๓๒๔๕

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๑๘๔๖๓๒



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์
Power Med Center Part., Ltd.

223 หมู่ที่ 11 ซอยฉัตรเพชร ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-000606
223 Village No 11, Soi Chet Phet, Klang Mueang Road, Mueang Kao Subdistrict Khon Kaen Khon Kaen Province 40000
Tel. 043-000606 Mobile. 091-8672602 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403563002637

ใบวางบิล / ใบส่งสินค้า
BILL NOTE / DELIVERY ORDER

นามลูกค้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
ที่อยู่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

เลขที่ P63-00083

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00
2	เครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมหัววัดส่วนสูง	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00
3	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ	3	เครื่อง	27,000.00	81,000.00
4	คอมพิวเตอร์จากภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1	ตัว	18,000.00	18,000.00
5	หม้อต้มเครื่องมือแพทย์	1	เครื่อง	12,800.00	12,800.00
คณะกรรมการได้รับรองไว้ถูกต้อง ทุกประการตามรายการข้างบนนี้ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวนิลดา ฤทธิเดช) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสุวิทย์ ฤทธิเดช) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสุวิทย์ ฤทธิเดช)					
ท้ายชช. (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)				รวมเงิน TOTAL	207,289.72
หมายเหตุ :				ส่วนลด DISCOUNT	0% 0.00
1 ได้รับใบคำขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ถ้ายังไม่ได้รับใบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ 7 วัน อันเนื่องมาจากข้อบกพร่อง				มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด TOTAL AMOUNT AFTER DISCOUNT	207,289.72
2 ขีดจำกัดการรับประกันสินค้าจะลดลงเมื่อมีการซ่อมแซม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	7% 14,510.28
3 ใบเสร็จรับเงินเป็นแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ เท่านั้น				ยอดรวมสุทธิ GRAND TOTAL	221,800.00

กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จฯ นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินแล้วเท่านั้น

ผู้รับสินค้า
ลงวันที่ (นางสาว นิลดา ฤทธิเดช)
๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ส่งสินค้า
ลงวันที่





ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์เมด เซ็นเตอร์
Power Med Center Part., Ltd.

223 หมู่ที่ 11 ซอยแจ้งพรพร ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-000606
223 Village No. 11, Soi Chet Phet, Klang Mueang Road, Mueang Kao Subdistrict Khon Kaen Khon Kaen Province 40000
Tel. 043-000606 Mobile. 091-8672602 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403563002637

ใบวางบิล / ใบส่งสินค้า
BILL NOTE / DELIVERY ORDER

นามลูกค้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
ที่อยู่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ P63-00083
วันที่ ๑ สิงหาคม 25๖4

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00
2	เครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมหัววัดส่วนสูง	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00
3	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ	3	เครื่อง	27,000.00	81,000.00
4	คอมพิวเตอร์รวมภายใน/ฟาดด์เล็ก	1	ตัว	18,000.00	18,000.00
5	หม้อต้มเครื่องมือแพทย์	1	เครื่อง	12,800.00	12,800.00
คณะกรรมการได้รับรองไว้ถูกต้อง ทุกประการตามรายการข้างบนนี้ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ..... (นางสาวกัญญา ฤกษ์งาม) ลงชื่อ.....กรรมการ..... (น.ส. อรุณรัตน์ ฤกษ์งาม) ลงชื่อ.....กรรมการ..... (น.ส. ศุภมาส ฤกษ์งาม)					
ตัวอักษร. (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้า)				รวมเงิน TOTAL	207,289.72
หมายเหตุ: 1 ได้รับใบแจ้งรายการการขายสินค้าแล้ว ถ้าสินค้าไม่ใช้หรือชำรุดคืนภายใน 7 วัน คืนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 2 บัญชีที่คำนวณ/เก็บภาษี จะออกโดยสรรพากร 3 ใบเสร็จแจ้งหนี้แนบมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์เมด เซ็นเตอร์ จำกัด				ส่วนลด DISCOUNT 0%	0.00
				มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด TOTAL AMOUNT AFTER DISCOUNT	207,289.72
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	14,510.28
				ยอดรวมสุทธิ GRAND TOTAL	221,800.00

กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จฯ นี้จะสมบูรณ์เมื่อมอบรับทำ ได้รับเงินแล้วเท่านั้น

ผู้รับสินค้า
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้ส่งสินค้า
ลงวันที่



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์

วันที่..... ก.ค.พ. ๒๕๖๔.....

ข้าพเจ้า นายปฐพล สีหาราช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หจก.พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ 11
 ซอย นัทรเพชร ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอมอบอำนาจให้

พณณิการ์ เสงี่ยม ตามบัตรประชาชนเลขที่ ๖ ๙๐๑ ๐๐๘๑๐ ๙๖ ๕ วันออกบัตร ๒๑ ๙๙ ๒๕๕๘
 วันบัตรหมดอายุ ๒๔ ๒๕ ๒๕๖๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔/๔๑ ม.๕ ต.โนนสูง อ.สีดา จ.พิจิตร ๓๖๐๐๐

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนในการดังต่อไปนี้

- ☒ ซื้อ / รับ เอกสารสอบราคา / ประมวลราคา เอกสารเลขที่.....
- ☒ ลงนามในใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ แทน หจก.พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์
- ☐ ยื่น / เปิด ของสอบราคาและต่อรองราคา / ประมวลราคา เอกสารเลขที่.....
- ☐ ทำสัญญา.....
- ☒ เก็บเงิน และ รับเช็ค.....
- ☐ กระทำการอื่นๆ (ถ้ามี).....

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำ
 เองทุกประการ ทั้งนี้ได้ลงนามต่อหน้าพยานไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้แล้ว



ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
 (นายปฐพล สีหาราช)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
 (...พณณิการ์ เสงี่ยม...)

ลงชื่อ..... พยาน
 (...อภิสิทธิ์...)

ลงชื่อ..... พยาน
 (...ปณณิการ์...)

ทะเบียนเลขที่ 0403563002637



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ชอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ออกให้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563



e-GP 03-0102

ลำดับการลงทะเบียน M-2563-023581

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่แจ้งลงทะเบียน 21/07/2563

วันที่อนุมัติ 22/07/2563

วันที่เริ่มใช้งาน 22/07/2563

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0403563002637)

2.ชื่อสถานประกอบการ พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Power Med Center

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

เลขที่ 223

ตำบล/แขวง เมืองเก่า

รหัสไปรษณีย์ 40000

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย ฉัตรเพชร

อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น

โทรศัพท์ 0619487960

ชั้นที่

หมู่บ้าน

ถนน กลางเมือง

จังหวัด ขอนแก่น

อีเมล powermedcenter@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563002637

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/06/2536

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

1000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

1000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☐ ผลิต

☒ วัสดุครุภัณฑ์

☐ ส่งออก

☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

☒ ขายส่ง

☒ จ้างก่อสร้าง

☒ ขายปลีก

☒ จ้างเหมา

☒ ให้บริการ

☒ เช่า

☒ จ้างที่ปรึกษา

☒ จ้างออกแบบและควบคุม

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้ทำงาน

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 22/07/2563 เวลา 21:46:03 น. รหัส 3RLc4d




บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **1 4099 00063 50 8**

ชื่อและนามสกุล **นาย ปัทพล สีหาราช**
 Mr. Pattapo Secharach

เกิดวันที่ **15 ส.ค. 2527**
 Date of Birth **15 Aug. 1984**

สัญชาติ ไทย
 Thai

ที่อยู่ 223 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น
 จ.ขอนแก่น
 40100, 2563
 8 Aug. 2020
 Date of Issue

(นายทะเบียน จ.ขอนแก่น)
 นายทศพร นามะรัตน์

14 ส.ค. 2571
 วันหมดอายุ
 14 Aug. 2021
 Date of Expiry

4091-03-04001347



Signature
Signature
Signature

BORA-10.7-05-2582



ประเทศไทย
 THAILAND


บัตรประจำตัวประชาชน (National ID Card)
 Identification Number: 3 4101 00810 93 8

นาย สันติราษฎร์ เสวตวงษ์
 Name: Mr. Santirat
 Last name: Sawetawong

วันที่ 28 มี.ค. 2514
 Date of Birth: 28 Mar. 1971

สัญชาติ ไทย
 สัญญา 100/11 สัญญา 100/11 สัญญา 100/11 สัญญา 100/11

21 มี.ค. 2558
 Expiry Date: 21 Mar. 2015

21 มี.ค. 2558
 Expiry Date: 21 Mar. 2015


21 มี.ค. 2558
 Expiry Date: 21 Mar. 2015



21 มี.ค. 2558
 Expiry Date: 21 Mar. 2015

Singapore



รูปภาพตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์





แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ข้าพเจ้า..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกวี่ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ลงนาม.....
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ลงนาม.....
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย พาวเวอร์ เมค เซ็นเตอร์
ที่อยู่ เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๑๑ ซอยฉัตรเพชร ถนนกลางเมือง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๖๑๔๔๘๗๙๖๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๖๓๐๐๒๖๓๗

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒.๔ / ๒๕๖๒

วันที่ 19 ก.พ. 2564

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
ที่อยู่ ม.๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๘๙๐๓๖

ตามที่ พาวเวอร์ เมค เซ็นเตอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก	๑	เครื่อง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	หม้อต้มเครื่องมือ	๑	เครื่อง	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐
๓	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	๒	เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด แขน ชนิดอัตโนมัติ	๑	เครื่อง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
๕	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ	๓	เครื่อง	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๐๗,๒๘๙.๗๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔,๕๑๐.๒๘
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๑,๘๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 05 มี.ค. 2564
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ม.๑๕
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี - เดือน - วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ข้อ กรณีนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๐๒๗๗๗ ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)

นายอำเภอห้วยเม็ก

วันที่..... 19 ก.พ. 2564

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายปฐพล สีหาราช)

ผู้จัดการ

วันที่..... 19 ก.พ. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมพงษ์ ภูผิฟ้า)

สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

วันที่..... 19 ก.พ. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(.....(นายชยุต หิรัญรักษ์).....)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

วันที่..... 19 ก.พ. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ งานบริหารทั่วไป ๐๔๓-๘๘๙๐๓๖

ที่ กส ๐๔๓๒/ ๒ . ๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รายงานผลการพิจารณาการซื้อ ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง	พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง	พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐
๓. เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่อง	พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
๕. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ เครื่อง	พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์	๘๑,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐
รวม			๒๒๑,๘๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกฤษไศภิต เกื้อจรรยา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชุต หิรัญรักษ์)

ผู้ช่วยสารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก


- 17 ม.ค. ๖๖ ม.ค.



(นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า)

สารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ



(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)

นายอำเภอห้วยเม็ก

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ

ALPK2 รุ่น DM-3000



คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล ซึ่งแสดงผลโดยใช้จอมอนิเตอร์ดิจิตอล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง (Stethoscope)
2. จอ LCD เรืองแสง ตัวเลขขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแสงแบ็กไลท์ จำนวน 300 ช่อง จอ LCD แสดงผลระยะห่างของช่องความดันเลือดที่ 1 mmHg
3. ระบบทำงานแบบ OSCILLOMETRIC
4. อ่านการวัดความดันโลหิต 0-300 mmHg ความแม่นยำ +/- 3 mmHg, อัตราการเต้นของหัวใจ 40-160 ครั้งต่อนาที ความแม่นยำ +/- 5%
5. สามารถบันทึกความจำหรือ MEMORY ได้ 7 ค่า
6. ใช้battery NiMH 4 ก้อน ชาร์จไฟก่อน 4 ชั่วโมงก่อนใช้งานหรือใช้ Adaptor ได้
7. ขนาดเครื่อง 135.7 x 275.9 x 206 mm น้ำหนัก 1,260 กรัม
8. สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
9. รับประกัน 1 ปี

CE
0120

Multi-Purpose Innovative Blood Pressure Monitor
**Intelligent Blood Pressure
Measuring System**

Model : BP868F



"Today's proposal for the healthy Living"



New Automatic Blood Pressure Monitor

BP868F

AMP^{all}


Advanced Micro Pumping Technology
www.ampall.com

» Specifications of BP868F

Product name	BP868F
Measuring method	Oscillometric method
Ventilation method	Automatic ventilation by a micro controller
Pressure detection	Semiconductor strain gauge
Display	LCD or FND
Measurement Range	Input: 30 to 300 mmHg
Minimum Measurement	Pressure : 1 mmHg
Unit	Pulse : 30 to 200 / min.
Accuracy	Pressure : ± 2 mmHg Pulse : $\pm 3\%$
Cuff driving method	Belt driving by a micro controller
Pressurizing time	Approx. 10 sec.
Measuring time	Approx. 30 sec.

Print	High-speed thermal printer (Auto Cut - option)
Power supply	AC 110/220V to 230V
Frequency	50/60 Hz
Communication	Computer, RS232C (option)
Emergency stop	Stop by microprocessor
Voice support	Guiding voice messages are given when measuring blood pressure. Blood pressure value after measuring blood pressure and error messages are given by voice.
Power consumption	30 VA
Operation range	Temperature: +10 to +40, Humidity: 95% or lower
Storage range	Temperature: +5 to +50, Humidity: 95% or lower
Size	460 (W) x 310 (D) x 296 (H)
Weight	Approx. 9 kg
Accessories	1 power cable, recording sheets, arm rest, user manual, information board (option)
Options	Blood dynamics print, auto cutting, thermal printer, back display, communication cable, blood management program

» Other Products of AMPall



Infusion Pump IP-7700

Syringe Pump SP-8800

AMP^{all}
Approved Manufacturer of AMPall
www.ampall.com

AMPALL Inc.

3rd Floor, Annex to the Korean Electronics Co-op Building,
 #371-51 Gassan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
 Tel : 82-2-858-2839-41 Fax : 82-2-858-2442

New Automatic Blood Pressure Monitor

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติ

1. **ความต้องการ** เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติมีคุณสมบัติตามกำหนด
2. **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก
3. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1 สามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.2 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอด ไม่ต้องพันผ้าพันแขน
 - 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 0120 และ BF
 - 3.4 โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 13485 : 2003 และ EN ISO 13485 : 2012
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกา
4. **คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันแบบแขนสอด**
 - 4.1 ใช้งานง่าย ด้วยระบบ Full Automatic One Touch โดยการสอดแขนเข้าเครื่องแล้วกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 - 4.2 ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบ Oscillometric และควบคุมการทำงานด้วย Micro controller
 - 4.3 จอภาพแสดงผลชนิด LED มองเห็นได้ชัดเจน สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic/ Diastolic อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) และเวลาที่วัด
 - 4.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ 30-300 mmHg โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า ± 2 mmHg
 - 4.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ 30-200 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า $\pm 3\%$
 - 4.6 มี Cuff ติดตั้งภายในเครื่อง มีการทำงานแบบ Belt Drive เมื่อกดปุ่ม Start เครื่องจะทำการปรับระดับการพันแขนแบบอัตโนมัติ
 - 4.7 มีระบบการพิมพ์ผลแบบ High-Speed Thermal Printer ซึ่งพิมพ์ผลการวัดได้รวดเร็วและสามารถตัดกระดาษพิมพ์ผลอัตโนมัติ (Auto Cut)
 - 4.8 มีเสียงคำแนะนำ (Voice Support) เป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยสามารถปรับความดังของเสียงได้
 - 4.9 มีปุ่ม Emergency Safety ในกรณีต้องการให้เครื่องหยุดวัดโดยทันที
 - 4.10 สามารถตั้งค่า วัน เดือน ปี และเวลา (ชั่วโมงและนาที) ได้

- 4.11 มีสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ผลซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่อง ในกรณีที่ไม่ต้องการพิมพ์ผล
- 4.12 ปลอกผ้าสำหรับรอง Cuff สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 4.13 มีแผ่นรองแขนให้ผู้วัดความดันวางแขนในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อความแม่นยำ และสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 4.14 สามารถแสดงค่าความดันย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ค่า
- 4.15 มีแถบแสดงการจับสัญญาณชีพจร (Pulse Detection)
- 4.16 สายไฟ AC เป็นสายไฟเส้นเดียว ไม่มี Adapter ภายนอก เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน และการเคลื่อนย้าย

5. อุปกรณ์มาตรฐาน


- | | | |
|-----|---|--------------|
| 5.1 | รถเข็น สำหรับวางเครื่อง (ผลิตในประเทศไทย) | จำนวน 1 คัน |
| 5.2 | สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 5.3 | คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ | จำนวน 1 เล่ม |
| 5.4 | กระดาษสำหรับพิมพ์ผลการวัด | จำนวน 1 ม้วน |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปีนับจากวันส่งมอบเครื่อง
- 6.2 มีเอกสารการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนในประเทศไทย
- 6.3 มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.4 เครื่องใหม่ไม่ใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 6.5 ผู้ขายต้องมาสาธิตการใช้งานเครื่อง ต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงผู้ใหญ่

ยี่ห้อ Zapper รุ่น TCS-200A-RT



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน


ใช้ชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง สามารถใช้กับผู้ใหญ่ และเด็ก แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล พร้อม
กับวัดส่วนสูงได้ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดตัวเลข พร้อม วัดส่วนสูง
- 2.2 สามารถชั่งน้ำหนักพิกัดกำลังได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม ความละเอียดน้ำหนักที่ 100 กรัม
- 2.3 หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร แสดงเป็นตัวเลข LED มองเห็นได้ง่ายแม้มีแสงน้อย
- 2.4 สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 70-190 เซนติเมตร
- 2.5 เครื่องใช้พลังงานจากไฟกระแสสลับ 220 v และมีแบตเตอรี่ในตัว Rechargeable battery สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง มีโหมดประหยัดพลังงาน ตัวเครื่องเองเมื่อไม่ใช้งาน ภายใน 3 นาที
- 2.6 ฐานวางเท้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 270 x 370 มิลลิเมตร ปูยางกันลื่น สามารถทำความสะอาดได้
- 2.7 สามารถเลือกหน่วยชั่ง แบบปอนด์ได้

3. เงื่อนไขเฉพาะ


- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันตรวจรับครบ



คุณสมบัติ

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น 12 โวลต์ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- หลอดไฟเป็นชนิด HYDE-XENON ขนาด 12 โวลต์ 35 วัตต์ และมีแผ่นแก้วกระจกใสปิดป้องกันการเสียหายของหลอดไฟ
- อุณหภูมิของแสง (องศา) 8-10 องศาเซลเซียส
- ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 13,000 Lux
- อายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่น้อยกว่า 20,000 Lux
- ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกทนอย่างดี และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- มีสวิตช์ เปิด-ปิด
- โคมไฟมีแกนยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
- ฐานของโคมทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ผลิตในประเทศไทย
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี จากการใช้งานปกติ

PRIMA



หม้อต้มเครื่องมือแพทย์

รหัสสินค้า	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
ASC-102	510	200	150

หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

ขนาดหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้

: กว้าง 200 mm x ยาว 510 mm. x สูง 150 mm.

: ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220/240 โวลต์ 50 เฮิรซ์

ขั้นตอนการทำงานของหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

1. กดคันโยกลงจนสุดเพื่อเปิดฝา ใต้เครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อลงบนถาด แล้วเติมน้ำลงไปให้น้ำท่วมเครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 1 ชม. ปิดฝา
2. เสียบปลั๊กไฟ กดสวิทช์เปิดเครื่อง สามารถตั้งปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ~ 110 องศาเซลเซียส กระแสไฟจะตัดเองอัตโนมัติ
3. ปกติการฆ่าเชื้อด้วยการต้ม ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที (จับเวลาในการต้มเอง ในเครื่องไม่มีตัวจับเวลา)
4. เมื่อเสร็จการฆ่าเชื้อให้ออกปลั๊กออก แล้วยกถาดเครื่องมือขึ้น โดย โยกคันโยกลงจนสุด ถาดจะถูกยกถอยขึ้นและล็อกในตำแหน่งสูงสุด ฝาหม้อต้มก็จะถูกเปิดไว้เช่นกัน แล้วนำเครื่องมือออกจากเครื่อง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้ถายน้ำออกทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหมาดๆ ระวังอย่าให้ Thermostat และสายไฟเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายแก่เครื่องและผู้ใช้

ข้อควรระวัง

1. ระวังไม่ให้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าขีดลวดนำความร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดลวดนำความร้อนหลอมละลายเสียหายได้ ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำกรองบริสุทธิ์ น้ำกลั่น เท่านั้น มิฉะนั้น จะทำให้เกิดตะกอนเกาะที่ขลวดนำความร้อน และส่วนต่างๆ ของหม้อต้ม ซึ่งจะทำให้หม้อต้มเสียหาย
2. เครื่องมือที่จะต้มฆ่าเชื้อต้องถูกจัดให้ส่วนต่างๆ สัมผัสกับความร้อนได้เต็มที่ ข้อห้ามต่างๆ ควรกางหรือคลายออกก่อนทำการต้ม
3. สายดินต้องได้รับการตรวจตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ สายดินจะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิดลวดนำความร้อนเสียหาย

ทะเบียนเลขที่ 0403563002637



แบบ พค 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Signature

ออกให้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563



Signature
นายพัทธ์ สีสาราช
ตำแหน่งผู้จัดการ



แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 22/07/2563

ลำดับการลงทะเบียน M-2563-023581

วันที่เริ่มใช้งาน 22/07/2563

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0103563002637)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ พาวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Power Med Center

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 223

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย ดัชรเพชร

ถนน กลางเมือง

ตำบล/แขวง เมืองเก่า

อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์ 0619487960

อีเมล powermedcenter@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563002637

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/06/2536

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน 1000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☐ผลิต☒วัสดุครุภัณฑ์☐ส่งออก☒ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ขายส่ง☒จ้างก่อสร้าง☒ขายปลีก☒จ้างเหมา☒ให้บริการ☒เช่า☒จ้างที่ปรึกษา☒จ้างออกแบบและควบคุม☒กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้ใช้งาน☒กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ้างของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดใหญ่ที่จะเข้าเป็นผู้ดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวลงทะเบียนในระบบ e-GP

นายรัฐพล สีหาราช
ตำแหน่งผู้จัดการ

พิมพ์เมื่อวันที่ 22/07/2563 เวลา 21:46:03 น. รหัส 3RLc4d



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 1 4099 00063 50 8

ชื่อ-นามสกุล: นาย ปัทพล สีหาราช
 Name: Mr. Pattapol
 Last name: Seeharatch

เกิด: 15 ส.ค. 2527
 Date of Birth: 15 Aug. 1984

ชาย ชาย
 Gender: Male

เลข 229 หมู่ที่ 15 ต.บึงเมืองเก่า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 Address: 229 หมู่ที่ 15 ต.บึงเมืองเก่า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0 ส.ค. 2563
 Expiry Date: 0 Aug. 2021

14 ส.ค. 2573
 Validity Date: 14 Aug. 2022

001 40-0006308

นายปัทพล สีหาราช
 ตำแหน่งผู้จัดการ

BORA-10.7-06-2562



ประเทศไทย
 THAILAND

แอนด์ ที เมดิคอล

8 หมู่ 5 ถนนประชาสโมสร ซอย 52 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 091-8672602
J, Moo.5, Pachasamosom Rd., Tambon.Phalub, Muang, KhonKaen, Thailand, 40000 Tel: 091-8672602
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1409901065598

HM00021

ใบเสนอราคา

อโรคยาศรัณย์การแพทย์

โรงงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอราคาศรัณย์การแพทย์ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวม(บาท)
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสคอแมเจน AMPall	1	เครื่อง	70,300	70,300
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง Zepper	2	เครื่อง	20,300	40,600
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ ALPK2	3	เครื่อง	27,300	81,900
คอมพิวเตอร์ภายในผ่าตัดเล็ก	1	ตัว	18,300	18,300
หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ PRIMA	1	เครื่อง	13,000	13,000
รวม				224,100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ชำระเงินภายใน 30 วัน

กำหนดคืนราคา 60 วัน

กำหนดส่งของภายใน 120 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนีย์ ไชยศรี)

ผู้จัดการ

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ

ALPK2 รุ่น DM-3000



คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล ซึ่งแสดงผลโดยใช้จอมอนิเตอร์ดิจิทัล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง (Stethoscope)
2. จอ LCD เรืองแสง ตัวเลขขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแสงแบล็กไลท์ จำนวน 300 ชั่วโมง จอ LCD แสดงผลระหว่างของช่องความดันเลือดที่ 1 mmHg
3. ระบบทำงานแบบ OSCILLOMETRIC
4. อ่านการวัดความดันโลหิต 0-300 mmHg ความแม่นยำ ± 3 mmHg, อัตราการเต้นของหัวใจ 40-160 ครั้งต่อนาที ความแม่นยำ $\pm 5\%$
5. สามารถบันทึกความจำหรือ MEMORY ได้ 7 ค่า
6. ใช้battery NiMH 4 ก้อน ชาร์จไฟก่อน 4 ชั่วโมงก่อนใช้งานหรือใช้ Adaptor ได้
7. ขนาดเครื่อง 135.7 x 275.9 x 206 mm น้ำหนัก 1,260 กรัม
8. สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
9. รับประกัน 1 ปี

Multi-Purpose Innovative Blood Pressure Monitor Intelligent Blood Pressure Measuring System

Model : BP868F



"Today's proposal for the healthy Living"



AMP^{all}

Advanced Micro Pumping Technology
www.ampall.com


New Automatic Blood Pressure Monitor

BP868F



New Automatic Blood Pressure Monitor

Model : BP868F



AMP *all*

Emergency Stop



Intelligent Blood Pressure Measuring System

Blood pressure measurement is the basis of health management!

The AMPall intelligent pressure measuring system is an one-touch full-automatic blood pressure manometer which offers accurate and precise results using the oscillometric method.

Applying the fuzzy theory, the microcomputer embedded in BP868F monitors the external condition and automatically determines the pressure to apply to the cuff, creating the optimum measuring conditions to provide accurate measurement results. Blood pressure measurement is the most basic examination for health check, and you can now conveniently measure your blood pressure with BP868F.

It is possible for checking heart rate.





BP868F



Multi-Purpose

NEW
Automatic

1. Insert your arm into the cuff and press the Start button. All the measurements are automatically carried out and the measurement data is printed out at once.
2. The oscillometric method is used along with a micro controller and the stable tightening of the automatic cuff to provide precise pressure detection and reliable blood pressure values.
3. The cuff angle is designed to allow users to maintain comfortable posture when they insert an arm into the cuff.
4. The instructions for use, cautions, the condition of the blood pressure monitor, and the blood pressure value are given by voice.
5. There are handles on both sides which are convenient for moving the blood pressure monitor.
6. The display lamps at top of the blood pressure monitor can be seen from the back and from a distance.
7. The blood pressure value is displayed at the back as well so that both user and manager can see it. (Option)
8. It has an external communication port for interfacing with a computer to manage customers, analyze blood pressure types, and check graphical view of blood pressure changes during a period. (Option)
9. The blood pressure monitor table is manufactured at a comfortable height. (Option)
10. The blood dynamics can be printed for easy analysis of blood types. (Option)

BP868F can be used conveniently anywhere.




Hospitals, Herb doctor's offices, Drugstores, Clinics, Public facilities, Hotels,
Other service centers, Health clubs, athletic facilities, Sauna, etc.

» Specifications of BP868F

	BP868F
	Oscillometric method
	Automatic ventilation by a micro controller
	Semiconductor strain gauge
	LCD or FND
	Input: 30 to 300 mmHg
	Pressure : 1 mmHg
	Pulse : 30 to 200 / min.
	Pressure : ± 2 mmHg
	Pulse : $\pm 3\%$
	Belt driving by a micro controller
	Approx. 10 sec.
	Approx. 30 sec.
	High-speed thermal printer (Auto Cut - option)
	AC 110/220V to 230V
	50/60 Hz
	Computer, RS232C (option)
	Stop by microprocessor
	Guiding voice messages are given when measuring blood pressure.
	Blood pressure value after measuring blood pressure and error messages are given by voice.
	30 VA
	Temperature: +10 to +40, Humidity: 95% or lower
	Temperature: +5 to +50, Humidity: 95% or lower
	460 (W) x 310 (D) x 296 (H)
	Approx. 9 kg
	1 power cable, recording sheets, arm rest, user manual, information board (option)
	Blood dynamics print, auto cutting, thermal printer, back display,
	communication cable, blood management program

» Other Products of AMPall



Infusion Pump IP-7700

Syringe Pump SP-8800

AMP^{all}

Medical Electronics Technology
www.ampall.com



AMPALL Inc.

3rd Floor, Annex to the Korean Electronics Co-op Building,
#371-51 Gassan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel : 82-2-858-2839-41 Fax : 82-2-858-2442

New Automatic Blood Pressure Monitor



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติ

1. **ความต้องการ** เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติมีคุณสมบัติตามกำหนด
2. **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก
3. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1 สามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.2 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอด ไม่ต้องพันผ้าพันแขน
 - 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 0120 และ BF
 - 3.4 โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 13485 : 2003 และ EN ISO 13485 : 2012
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกา
4. **คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันแบบแขนสอด**
 - 4.1 ใช้งานง่าย ด้วยระบบ Full Automatic One Touch โดยการสอดแขนเข้าเครื่องแล้วกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 - 4.2 ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบ Oscillometric และควบคุมการทำงานด้วย Micro controller
 - 4.3 จอภาพแสดงผลชนิด LED มองเห็นได้ชัดเจน สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic/ Diastolic อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) และเวลาที่วัด
 - 4.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ 30-300 mmHg โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า ± 2 mmHg
 - 4.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ 30-200 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า $\pm 3\%$
 - 4.6 มี Cuff ติดตั้งภายในเครื่อง มีการทำงานแบบ Belt Drive เมื่อกดปุ่ม Start เครื่องจะทำการปรับระดับการพันแขนแบบอัตโนมัติ
 - 4.7 มีระบบการพิมพ์ผลแบบ High-Speed Thermal Printer ซึ่งพิมพ์ผลการวัดได้รวดเร็วและสามารถตัดกระดาษพิมพ์ผลอัตโนมัติ (Auto Cut)
 - 4.8 มีเสียงคำแนะนำ (Voice Support) เป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยสามารถปรับความดังของเสียงได้
 - 4.9 มีปุ่ม Emergency Safety ในกรณีต้องการให้เครื่องหยุดวัดโดยทันที
 - 4.10 สามารถตั้งค่า วัน เดือน ปี และเวลา (ชั่วโมงและนาที) ได้

- 4.11 มีสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ผลซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่อง ในกรณีที่ไม่ต้องการพิมพ์ผล
- 4.12 ปลอกผ้าสำหรับรอง Cuff สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 4.13 มีแผ่นรองแขนให้ผู้วัดความดันวางแขนในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อความแม่นยำ และสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 4.14 สามารถแสดงค่าความดันย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ค่า
- 4.15 มีแถบแสดงการจับสัญญาณชีพจร (Pulse Detection)
- 4.16 สายไฟ AC เป็นสายไฟเส้นเดียว ไม่มี Adapter ภายนอก เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน และการเคลื่อนย้าย

5. อุปกรณ์มาตรฐาน


- | | | |
|-----|---|--------------|
| 5.1 | รถเข็น สำหรับวางเครื่อง (ผลิตในประเทศไทย) | จำนวน 1 คัน |
| 5.2 | สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 5.3 | คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ | จำนวน 1 เล่ม |
| 5.4 | กระดานสำหรับพิมพ์ผลการวัด | จำนวน 1 ม้วน |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันส่งมอบเครื่อง
- 6.2 มีเอกสารการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนในประเทศไทย
- 6.3 มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.4 เครื่องใหม่ไม่ใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 6.5 ผู้ขายต้องมาสาธิตการใช้งานเครื่อง ต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูงผู้ใหญ่

ยี่ห้อ Zapper รุ่น TCS-200A-RT



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง สามารถใช้กับผู้ใหญ่ และเด็ก แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล พร้อม
กับวัดส่วนสูงได้ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป


- 2.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดตัวเลข พร้อม วัดส่วนสูง
- 2.2 สามารถชั่งน้ำหนักพิกัดกำลังได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม ความละเอียดน้ำหนักที่ 100 กรัม
- 2.3 หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร แสดงเป็นตัวเลข LED มองเห็นได้ง่ายแม้มีแสงน้อย
- 2.4 สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 70-190 เซนติเมตร
- 2.5 เครื่องชั่งใช้พลังงานจากไฟกระแสสลับ 220 v และมีแบตเตอรี่ในตัว Rechargeable battery สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง มีโหมดประหยัดพลังงาน ดับเครื่องเองเมื่อไม่ใช้งาน ภายใน 3 นาที
- 2.6 ฐานวางเท้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 270 x 370 มิลลิเมตร พูยางกันลื่น สามารถทำความสะอาดได้
- 2.7 สามารถเลือกหน่วยชั่ง แบบปอนด์ได้

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันตรวจรับครบ

โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก


HYDE®



คุณสมบัติ

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น 12 โวลต์ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- หลอดไฟเป็นชนิด HYDE-XENON ขนาด 12 โวลต์ 35 วัตต์ และมีแผ่นแก้วกระจกใสปิดป้องกันการเสียหายของหลอดไฟ
- อุณหภูมิของแสง (องศา) 8-10 องศาเซลเซียส
- ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 13,000 Lux
- อายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่น้อยกว่า 20,000 Lux
- ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกหนาอย่างดี และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- มีสวิตช์ เปิด-ปิด
- โคมไฟมีแกนยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
- ฐานของโคมทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ผลิตในประเทศไทย
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี จากการใช้งานปกติ

PRIMA



หม้อต้มเครื่องมือแพทย์

รหัสสินค้า	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
ASC-102	510	200	150

หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

ขนาดหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้

: กว้าง 200 mm x ยาว 510 mm. x สูง 150 mm.

: ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220/240 โวลต์ 50 เฮิรซ์

ขั้นตอนการทำงานของหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

1. กดคันโยกลงจนสุดเพื่อเปิดฝา ฝาเครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อลงบนถาด แล้วเติมน้ำลงไปให้น้ำท่วมเครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 1 ชม. ปิดฝา
2. เสียบปลั๊กไฟ กดสวิทช์เปิดเครื่อง สามารถตั้งปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ~ 110 องศาเซลเซียส กระแสไฟจะตัดเองอัตโนมัติ
3. ปกติการฆ่าเชื้อด้วยการต้ม ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที (จับเวลาในการต้มเอง ในเครื่องไม่มีตัวจับเวลา)
4. เมื่อเสร็จการฆ่าเชื้อให้ถอดปลั๊กออก แล้วยกถาดเครื่องมือขึ้น โดยโยกคันโยกลงจนสุด ถาดจะถูกยกกลอยขึ้นและล็อกในตำแหน่งสูงสุด ฝาหม้อต้มก็就会被เปิดไว้เช่นกัน แล้วนำเครื่องมือออกจากเครื่อง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้ใช้น้ำออกทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหมาดๆ ระวังอย่าให้ Thermostat และสายไฟเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายแก่เครื่องและผู้ใช้

ข้อควรระวัง

1. ระวังไม่ให้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าขีดลวดนำความร้อน ซึ่งจะทำให้ขดลวดนำความร้อนหลอมละลายเสียหายได้ ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำกรองบริสุทธิ์ น้ำกลั่น เท่านั้น มิฉะนั้น จะทำให้เกิดตะกอนเกาะที่ขดลวดนำความร้อน และส่วนต่างๆ ของหม้อต้ม ซึ่งจะทำให้หม้อต้มเสียหาย
2. เครื่องมือที่จะต้มฆ่าเชื้อต้องถูกจัดให้ส่วนต่างๆ สัมผัสกับความร้อนได้เต็มที่ ข้อห้ามต่างๆ ควรกางหรือคลายออกก่อนทำการต้ม
3. สายดินต้องได้รับการตรวจตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ สายดินจะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิดลวดนำความร้อนเสียหาย



T T HEALTH CARE

ใบเสนอราคา

552/1 ถ.กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 084-5159629

552/1 Soi.9, KangMuang Rd., Tambon.Nai Muang, Muang, KhonKaen, Thailand, 40000 Tel : 084-5159629

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3409900771142

เรื่อง เสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์

เลขที่ TH-00011

เรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ที่อยู่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน AMPall	1 เครื่อง	70,500	70,500
2. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง Zepper	2 เครื่อง	20,500	41,000
3. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบคั่ง โต๊ะALPK2	3 เครื่อง	27,500	82,500
4. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1 ตัว	18,500	18,500
5. หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ PRIMA	1 เครื่อง	12,900	12,900
จำนวนเงินทั้งสิ้น			225,400 บาท

หมายเหตุ : ชำระเงินภายใน 30 วัน

กำหนดคืนราคา 60 วัน

กำหนดส่งของภายใน 90 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

นางพญ สิทธาราช
(ตำแหน่งผู้จัดการ)

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ

ALPK2 รุ่น DM-3000



คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล ซึ่งแสดงผลโดยใช้จอมอนิเตอร์ดิจิทัล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง (Stethoscope)
2. จอ LCD เรืองแสง ตัวเลขขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแสงแบล็กไลท์ จำนวน 300 ชั่วโมง จอ LCD แสดงผลระยะห่างของช่องความดันเลือดที่ 1 mmHg
3. ระบบทำงานแบบ OSCILLOMETRIC
4. อ่านการวัดความดันโลหิต 0-300 mmHg ความแม่นยำ +/- 3 mmHg, อัตราการเต้นของหัวใจ 40-160 ครั้งต่อนาที ความแม่นยำ +/- 5%
5. สามารถบันทึกความจำหรือ MEMORY ได้ 7 ค่า
6. ใช้battery NiMH 4 ก้อน ชาร์จไฟก่อน 4 ชั่วโมงก่อนใช้งานหรือใช้ Adaptor ได้
7. ขนาดเครื่อง 135.7 x 275.9 x 206 mm น้ำหนัก 1,260 กรัม
8. สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
9. รับประกัน 1 ปี

Multi-Purpose Innovative Blood Pressure Monitor

Intelligent Blood Pressure Measuring System

Model : BP868F



"Today's proposal for the healthy Living"



AMP[®] all

Advanced Micro Pumping Technology
www.ampall.com

New Automatic Blood Pressure Monitor

BP868F

New

Automatic

Blood Pressure

Monitor

Model : BP868F



Emergency Stop



Intelligent Blood Pressure Measuring System

Blood pressure measurement is the basis of health management!

The AMPall intelligent pressure measuring system is an one-touch full-automatic blood pressure manometer which offers accurate and precise results using the oscillometric method.

Applying the fuzzy theory, the microcomputer embedded in BP868F monitors the external condition and automatically determines the pressure to apply to the cuff, creating the optimum measuring conditions to provide accurate measurement results. Blood pressure measurement is the most basic examination for health check, and you can now conveniently measure your blood pressure with BP868F. It is possible for checking heart rate.



New Automatic Blood Pressure Monitor

Model : BP868F



AMP *all*

Emergency Stop



Intelligent Blood Pressure Measuring System

Blood pressure measurement is the basis of health management!

The AMPall intelligent pressure measuring system is an one-touch full-automatic blood pressure manometer which offers accurate and precise results using the oscillometric method.

Applying the fuzzy theory, the microcomputer embedded in BP868F monitors the external condition and automatically determines the pressure to apply to the cuff, creating the optimum measuring conditions to provide accurate measurement results. Blood pressure measurement is the most basic examination for health check, and you can now conveniently measure your blood pressure with BP868F. It is possible for checking heart rate.





BP868F



Multi-Purpose

NEW
Automatic

1. Insert your arm into the cuff and press the Start button. All the measurements are automatically carried out and the measurement data is printed out at once.
2. The oscillometric method is used along with a micro controller and the stable tightening of the automatic cuff to provide precise pressure detection and reliable blood pressure values.
3. The cuff angle is designed to allow users to maintain comfortable posture when they insert an arm into the cuff.
4. The instructions for use, cautions, the condition of the blood pressure monitor, and the blood pressure value are given by voice.
5. There are handles on both sides which are convenient for moving the blood pressure monitor.
6. The display lamps at top of the blood pressure monitor can be seen from the back and from a distance.
7. The blood pressure value is displayed at the back as well so that both user and manager can see it. (Option)
8. It has an external communication port for interfacing with a computer to manage customers, analyze blood pressure types, and check graphical view of blood pressure changes during a period. (Option)
9. The blood pressure monitor table is manufactured at a comfortable height. (Option)
10. The blood dynamics can be printed for easy analysis of blood types. (Option)

BP868F can be used conveniently anywhere.




Hospitals, Herb doctor's offices, Drugstores, Clinics, Public facilities, Hotels,
Other service centers, Health clubs, athletic facilities, Sauna, etc.

» Specifications of BP868F

	BP868F
	Oscillometric method
	Automatic ventilation by a micro controller
	Semiconductor strain gauge
	LCD or FND
	Input: 30 to 300 mmHg
	Pressure : 1 mmHg
	Pulse : 30 to 200 / min.
	Pressure : ± 2 mmHg
	Pulse : $\pm 3\%$
	Belt driving by a micro controller
	Approx. 10 sec.
	Approx. 30 sec.
	High-speed thermal printer (Auto Cut - option)
	AC 110/220V to 230V
	50/60 Hz
	Computer, RS232C (option)
	Stop by microprocessor
	Guiding voice messages are given when measuring blood pressure.
	Blood pressure value after measuring blood pressure and error messages are given by voice.
	30 VA
	Temperature: +10 to +40, Humidity: 95% or lower
	Temperature: +5 to +50, Humidity: 95% or lower
	460 (W) x 310 (D) x 296 (H)
	Approx. 9 kg
	1 power cable, recording sheets, arm rest, user manual, information board (option)
	Blood dynamics print, auto cutting, thermal printer, back display,
	communication cable, blood management program

» Other Products of AMPall



Infusion Pump IP-7700

Syringe Pump SP-8800

AMP^{all}

Advanced Monitoring Technology
www.ampall.com



AMPALL Inc.

3rd Floor, Annex to the Korean Electronics Co-op Building,
#371-51 Gassan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel : 82-2-858-2839~41 Fax : 82-2-858-2442

New Automatic Blood Pressure Monitor

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติ

1. **ความต้องการ** เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดอัตโนมัติมีคุณสมบัติตามกำหนด
2. **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก
3. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1 สามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.2 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอด ไม่ต้องพันผ้าพันแขน
 - 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 0120 และ BF
 - 3.4 โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 13485 : 2003 และ EN ISO 13485 : 2012
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกา
4. **คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันแบบแขนสอด**
 - 4.1 ใช้งานง่าย ด้วยระบบ Full Automatic One Touch โดยการสอดแขนเข้าเครื่องแล้วกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 - 4.2 ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบ Oscillometric และควบคุมการทำงานด้วย Micro controller
 - 4.3 จอภาพแสดงผลชนิด LED มองเห็นได้ชัดเจน สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic/ Diastolic อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) และเวลาที่วัด
 - 4.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ 30-300 mmHg โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า ± 2 mmHg
 - 4.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ 30-200 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าความเที่ยงตรงไม่มากกว่า $\pm 3\%$
 - 4.6 มี Cuff ติดตั้งภายในเครื่อง มีการทำงานแบบ Belt Drive เมื่อกดปุ่ม Start เครื่องจะทำการปรับระดับการพันแขนแบบอัตโนมัติ
 - 4.7 มีระบบการพิมพ์ผลแบบ High-Speed Thermal Printer ซึ่งพิมพ์ผลการวัดได้รวดเร็วและสามารถตัดกระดาษพิมพ์ผลอัตโนมัติ (Auto Cut)
 - 4.8 มีเสียงคำแนะนำ (Voice Support) เป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยสามารถปรับความดังของเสียงได้
 - 4.9 มีปุ่ม Emergency Safety ในกรณีต้องการให้เครื่องหยุดวัดโดยทันที
 - 4.10 สามารถตั้งค่า วัน เดือน ปี และเวลา (ชั่วโมงและนาที) ได้

- 4.11 มีสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ผลซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่อง ในกรณีที่ไม่ต้องการพิมพ์ผล
- 4.12 ปลอกผ้าสำหรับรอง Cuff สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 4.13 มีแผ่นรองแขนให้ผู้วัดความดันวางแขนในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อความแม่นยำ และสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 4.14 สามารถแสดงค่าความดันย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ค่า
- 4.15 มีแถบแสดงการจับสัญญาณชีพจร (Pulse Detection)
- 4.16 สายไฟ AC เป็นสายไฟเส้นเดียว ไม่มี Adapter ภายนอก เพื่อสะดวกแก่การใช้งานและการเคลื่อนย้าย

5. อุปกรณ์มาตรฐาน


- | | | |
|-----|---|--------------|
| 5.1 | รถเข็น สำหรับวางเครื่อง (ผลิตในประเทศไทย) | จำนวน 1 คัน |
| 5.2 | สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 5.3 | คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ | จำนวน 1 เล่ม |
| 5.4 | กระดาษสำหรับพิมพ์ผลการวัด | จำนวน 1 ม้วน |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปีนับจากวันส่งมอบเครื่อง
- 6.2 มีเอกสารการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนในประเทศไทย
- 6.3 มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.4 เครื่องใหม่ไม่ใช้งานหรือสารติดมาก่อน
- 6.5 ผู้ขายต้องมาสาธิตการใช้งานเครื่อง ต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงผู้ใหญ่

ยี่ห้อ Zapper รุ่น TCS-200A-RT



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง สามารถใช้กับผู้ใหญ่ และเด็ก แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล พร้อม
กับวัดส่วนสูงได้ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป


- 2.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดตัวเลข พร้อม วัดส่วนสูง
- 2.2 สามารถชั่งน้ำหนักพิกัดกำลังได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม ความละเอียดน้ำหนักที่ 100 กรัม
- 2.3 หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร แสดงเป็นตัวเลข LED มองเห็นได้ง่ายแม้มีแสงน้อย
- 2.4 สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 70-190 เซนติเมตร
- 2.5 เครื่องชั่งใช้พลังงานจากไฟกระแสสลับ 220 v และมีแบตเตอรี่ในตัว Rechargeable battery สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง มีโหมดประหยัดพลังงาน ดับเครื่องเองเมื่อไม่ใช้งาน ภายใน 3 นาที
- 2.6 ฐานวางเท้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 270 x 370 มิลลิเมตร ปูยางกันลื่น สามารถทำความสะอาดได้
- 2.7 สามารถเลือกหน่วยชั่ง แบบปอนด์ได้

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันตรวจรับครบ

โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก


HYDE®



คุณสมบัติ

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น 12 โวลต์ จึงมีความปลอดภัยในการทำงาน
- หลอดไฟเป็นชนิด HYDE-XENON ขนาด 12 โวลต์ 35 วัตต์ และมีแผ่นแก้วกระจกใสปิดป้องกันการเสียหายของหลอดไฟ
- อุณหภูมิของแสง (องศา) 8-10 องศาเซลเซียส
- ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 13,000 Lux
- อายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่น้อยกว่า 20,000 Lux
- ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกหนาอย่างดี และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- มีสวิทช์ เปิด-ปิด
- โคมไฟมีแกนยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
- ฐานของโคมทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ผลิตในประเทศไทย
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี จากการใช้งานปกติ

PRIMA



หม้อต้มเครื่องมือแพทย์

รหัสสินค้า	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
ASC-102	510	200	150

หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

ขนาดหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้

: กว้าง 200 mm x ยาว 510 mm. x สูง 150 mm.

: ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220/240 โวลต์ 50 เฮิรซ์

ขั้นตอนการทำงานของหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ PRIMA

1. กดคันโยกลงจนสุดเพื่อเปิดฝา ใส่เครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อลงบนถาด แล้วเติมน้ำลงไปให้น้ำท่วมเครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 1 ซม. ปิดฝา
2. เสียบปลั๊กไฟ กดสวิตช์เปิดเครื่อง สามารถตั้งปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ~ 110 องศาเซลเซียส กระแสไฟจะตัดเองอัตโนมัติ
3. ปกติการฆ่าเชื้อด้วยการต้ม ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที (จับเวลาในการต้มเอง ในเครื่องไม่มีตัวจับเวลา)
4. เมื่อเสร็จการฆ่าเชื้อให้ถอดปลั๊กออก แล้วยกถาดเครื่องมือขึ้น โดยโยกคันโยกลงจนสุด ถาดจะถูกยกกลอยขึ้นและล็อกในตำแหน่งสูงสุด ฝาหม้อต้มก็จะถูกเปิดไว้เช่นกัน แล้วนำเครื่องมือออกจากเครื่อง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้ถ่ายน้ำออกทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหมาดๆ ระวังอย่าให้ Thermostat และสายไฟเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายแก่เครื่องและผู้ใช้

ข้อควรระวัง

1. ระวังไม่ให้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าขีดลวดนำความร้อน ซึ่งจะทำให้ขีดลวดนำความร้อนหลอมละลายเสียหายได้ ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำกรองบริสุทธิ์ น้ำกลั่น เท่านั้น มิฉะนั้น จะทำให้เกิดตะกอนเกาะที่ขีดลวดนำความร้อน และส่วนต่างๆ ของหม้อต้ม ซึ่งจะทำให้หม้อต้มเสียหาย
2. เครื่องมือที่จะต้มฆ่าเชื้อต้องถูกจัดให้ส่วนต่างๆ สัมผัสกับความร้อนได้เต็มที่ ข้อพับต่างๆ ควรกางหรือคลายออกก่อนทำการต้ม
3. สายดินต้องได้รับการตรวจตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ สายดินจะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ขีดลวดนำความร้อนเสียหาย



ประกาศ อำเภอห้วยเม็ก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาวเวอร์ เมต เซ็นเตอร์
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาวเวอร์ เมต เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาวเวอร์
เมต เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาว
เวอร์ เมต เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาวเวอร์
เมต เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)

นายอำเภอห้วยเม็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ งานบริหารทั่วไป โทร ๐๔๓-๘๘๙๐๓๖

ที่ กส ๐๔๓๒/๒๖๓

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ เก่าชำรุด ช่อมแซมไม่ได้ สำหรับให้บริการผู้มารับบริการที่หน่วยบริการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (แม้ขายโรงพยาบาลห้วยเม็ก จำนวน ๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ หม้อต้มเครื่องมือ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

จากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคากลาง โดยเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐาน บัญชีครุภัณฑ์สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทียบกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแต่งตั้งผู้มีส่วน และตำแหน่งต่อไปนี้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายยุทธศาสตร์ ภูวิชัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมศรี ภูแพง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ

ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางแมนมาศ ภูต้องศรี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับ |
| ๒. นางอรุณี ดวงประทุม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุชาวดี ศรีมุงคุณ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกฤษไศภิต เกื้อจรรยา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชยุต หิรัญรักษ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก


เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก เพื่อโปรดพิจารณา
ได้ตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
และ มีงบประมาณเพียงพอสามารถเบิกจ่ายได้



(นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า)

สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ



(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)

นายอำเภอห้วยเม็ก

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก (210246000001)

เลขที่โครงการ : 64027002777

ชื่อโครงการ : ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
ปีงบประมาณ 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
คอมพิวเตอร์ภายใน/ผัดตึกเล็ก	18,000.00	18,000.00	ราคากลาง
รายการพิจารณาที่ 2			
หม้อต้มเครื่องมือ	12,800.00	12,800.00	ราคากลาง
รายการพิจารณาที่ 3			
เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	40,000.00	40,000.00	ราคากลาง
รายการพิจารณาที่ 4			
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	70,000.00	70,000.00	ราคากลาง
รายการพิจารณาที่ 5			
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ	81,000.00	81,000.00	ราคากลาง

วันที่แสดงข้อมูล 01/02/2564

ผู้จัดทำ : ชยุต หิรัญรักษ์



คำสั่ง อำเภอย้ายเม็ก

ที่ ๒๕๖๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย้ายเม็ก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย้ายเม็ก มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย้ายเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอย้ายเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ๑. นายยุทธศาสตร์ ภูวิชัย | ประธานกรรมการฯ |
| พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| ๒. นายสมศรี ภูแพง | กรรมการ |
| นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | |

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน
 ๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน
 ๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน
เสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ๑. นางแม่นมาศ ภูต้องศรี | ประธานกรรมการฯ |
| นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |

๒. นางสาวอรุณี ดวงประทุม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ


๓. นางสาวสุชาวดี ศรีมุงคุณ
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)

นายอำเภอห้วยเม็ก

กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะความรู้ภัยการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เงินงบประมาณโครงการ : วงเงิน ๒๒๑,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง : ๒๒๑,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จ้าง

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา มาตรฐาน หรือ ราคา กลางต่อ หน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จ้าง ครั้งนี้ บาท
๑	โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก ๑. ความต้องการ โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ส่องสว่างในการทำการหัตถการผู้มารับบริการในสถานพยาบาล ๓. คุณสมบัติ - ใช้ไฟฟ้า AC ๒๐๐ V ๕๐ Hz หรือไฟฟ้าบ้านปกติ ใช้งานสะดวก - หลอดไฟเป็นหลอดซีแอล แสงสีเหลือง กระแสวิกซ์ความร้อน (UV) - ใช้ไฟ ๓๕ W อายุการใช้งานหลอดไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ชม. - ให้แสงสว่างสูงสุด ๑๓,๐๐๐ LUX - มีแผ่นกระจกสีฟ้าอ่อน กรองรังสีความร้อน - ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกทนอายุชาติ ไม่เป็นสนิมนำไฟฟ้า - มีสวิทช์ เปิด- ปิด ที่มีอุ้งจับหัวโคม - โคมไฟมีแกนยาว ๘๐ ซม. สามารถปรับตรง- โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ - ฐานของโคมไฟทำด้วยพลาสติกสีทึบมีล้อ ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก ๔. เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพจากการใช้งาน ๑ ปี จากการใช้งานปกติ	๑ โคม	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่	รายการ	รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จ้าง	จำนวน (หน่วย)	ราคา มาตรฐาน หรือ ราคา กลางต่อ หน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จ้าง ครั้งนั้น
๒	เครื่องวัดความดัน อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	๑. ความต้องการ เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติตั้งโต๊ะ ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้วัดความดันโลหิตผู้ป่วยบริการใน- และนอก สถานพยาบาล ๓. คุณสมบัติทั่วไป ๑) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ วัดความดันโลหิตที่ต้นแขน ๒) เป็นการวัดแบบ Oscillometric ๓) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล ทำงานเงียบ หน้าจอใหญ่ พิเศษ อ่านค่าได้ง่าย ๔) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร ช่วงระหว่าง ๕๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที ๕.) ทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น การวัดแบบครั้งเดียว การวัดหลายครั้งและให้แสดงค่าเฉลี่ย ๖.) ตั้งค่าความดันแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าที่แน่นอนหรือใช้ร่วมกับหูฟังของแพทย์ ๗.) ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V๕๐/๖๐Hz ๘.) ขนาดเครื่อง ๑๓๙ X ๑๓๑ X ๒๐๓ มม. ๙.) น้ำหนัก ๙๑๐ กรัม ๔) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มีปลอกแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (Cuff) จำนวน ๑ ชุด (๒) มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ๕. เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันสินค้าที่เสนอ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๓ เครื่อง	๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท	๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิด อัตโนมัติ	๑. ความต้องการ วัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้วัดความดันโลหิตผู้ป่วยบริการในสถานพยาบาล ๓. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป ๑. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ V ความถี่ ๕๐-๖๐ Hz กำลังไฟฟ้า ๗๐VA ๒. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์ผล ๓. ตัวเครื่องมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๘๙x๔๐๙x๒๘๔ (mm) น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๙ กิโลกรัม ๔. สามารถตรวจวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, ความดันโลหิต Diastolic และอัตราการเต้นของชีพจร (pulse Rate) เป็นตัวเลขได้พร้อมกัน ๕. มีระบบพิมพ์ผลลงบนกระดาษบันทึกภายในตัวเครื่อง	๑ เครื่อง	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่	รายการ	รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จ้าง			จำนวนเงินที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
		จำนวน (หน่วย)	ราคา มาตราฐาน หรือ ราคา กลางต่อหน่วย		
	ทั้งแผนช่วย หรือ แผนฯว ๖. มีปุ่ม เริ่ม/หยุด ๒ ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงเพิ่มความสะดวกในการถอดแชนเพื่อวัดความดันโลหิต ได้ ๗. จอภาพแสดงผล ๗ -Segment เป็นตัวเลข LED สีแดงขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๘. เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) ๙. ทุณลักษณะเฉพาะ ๑. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric Method ให้ความแม่นยำสูง ๒. มี cuff พั่นแขนในเครื่อง ชนิด soft Belt Type เมื่อกดปุ่ม start สามารถปรับระดับการพั่นแขนบุคคลที่ทำการวัดความกดโลหิตโดยอัตโนมัติ แล้วจะปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับขนาดของแขน และใช้ระยะเวลาในการวัด โดยเฉลี่ย ๔๐ วินาที (ขึ้นอยู่กับความเร็วของหัวใจ หรือ ความดันเลือด) ๓. ระบบปล่อยลมอัตโนมัติควบคุมโดย controller micro pump ๔. มีระบบการพิมพ์ผลแบบ Thermal Printer พิมพ์ผลการวัดได้รวดเร็ว และสามารถติดกระดาษพิมพ์ที่ได้วัดอัตโนมัติ (Automatic paper cutter) ๕. กระดาษพิมพ์ผลแสดง Pulse Wave Pattern เป็นรูปภาพ และแสดง Systolic, Diastolic, Mean press, Pulse เป็นตัวเลข พร้อมระบุเวลา วันที่ เดือน ปี ที่วัดความดันโลหิต ๖. เครื่องมีระบบเสียงพูดเป็นภาษาไทย เพื่อบอกวิธีการปฏิบัติขณะวัดความดัน (voice Instruction Program) พร้อมปุ่มปรับระดับความดังของเสียง ๗. ระดับความดังของเสียง สามารถปรับได้ ๐-๑๖๐ ระดับ ซึ่งจะปรับเป็นเสียงสัญญาณเตือน หรือ ปรับเป็นไม่มีเสียง เพื่อกันการรบกวน ๘. กรณีผู้ช่วยช่วยตัว มากจนไม่สามารถวัดได้ในครั้งแรก เครื่องจะสามารถทำการวัดใหม่โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไป ๙. มีปุ่ม Emergency safety ในกรณีที่ต้องการหยุดในทันที ควบคุมโดย central controller ๑๐. มีระบบควบคุมและป้องกันจากแรงดันลมเกิน อัตโนมัติ ๑๑. สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ในช่วง ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และอัตราการเต้นของชีพจร ๓๐-๒๐๐ ครั้งต่อนาที (Bpm) ๑๒. เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูง โดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิต ± 2 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และชีพจรไม่เกิน ± 2 % ๑๓. ช่วงวัดความดัน ๐-๓๐๐ mmHg/ช่วงวัดชีพจร ๓๐-๒๔๐ ครั้ง/นาที ๑๔. สามารถตั้งค่า วัน/เดือน/ปี และเวลา เป็นชั่วโมง และนาทีได้				

ที่	รายการ	รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จ้าง	จำนวน (หน่วย)	ราคา มาตรฐาน หรือ ราคา กลางต่อ หน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จ้าง ครบถ้วน															
		๑๕. เครื่องสำอางที่ใช้ภายในสภาพแสงสีส้ม อุณหภูมิ ๓๐-๔๐ C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน ๓๐-๗๕% ความดันสูงสุด ๗๐-๑๖๐ kPa ๑๖. รองรับการแสดงผลผ่านสาย RGB บนจอทีวี และจอคอมพิวเตอร์ ๑๗. จดจำค่าการวัด ๑๐ ค่า ถ้าสุกการใช้งาน ๑๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า EN ๑๐๖๐-๑๑๘๘๕+A๑:๒๐๐๒ ๑๙. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ด้านเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ต้องเจาะเส้นเลือด EN ๑๐๖๐-๓:๑๙๘๗+A๑:๒๐๐๕ ๒๐. ระบบป้องกันไฟดูด Type BF ๒.๓. เงื่อนไขเฉพาะ - รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน อย่างละ ๑ ชุด - ผู้เสนอราคาจะต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาลงในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน - ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนลงในแคตตาล็อก หรือ ในรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบการเสนอราคา ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะข้อที่เสนอ - เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือ สาคัดมาก่อน - เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน FDA,CE๑๒๐,U.S. patent U.S.๕๗๒๐๒๕๖,Canada patent CN ๒๒๒๕๑๘๔ ,Japan patent ,ISO๑๓๕๘๕, ISO๙๐๐๑,Korea Food&Drug Administration. ๒.๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน <table><tr><td>๑. สายไฟ AC</td><td>จำนวน</td><td>๑ ชุด</td></tr><tr><td>๒. กระดาษบันทึก</td><td>จำนวน</td><td>๒ ม้วน</td></tr><tr><td>๓. โตะวางเครื่อง</td><td>จำนวน</td><td>๑ ตัว</td></tr><tr><td>๔. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ</td><td>จำนวน</td><td>๑ เครื่อง</td></tr><tr><td>๕. คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ</td><td>จำนวน</td><td>อย่างละ ๑ เล่ม</td></tr></table>	๑. สายไฟ AC	จำนวน	๑ ชุด	๒. กระดาษบันทึก	จำนวน	๒ ม้วน	๓. โตะวางเครื่อง	จำนวน	๑ ตัว	๔. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ	จำนวน	๑ เครื่อง	๕. คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ	จำนวน	อย่างละ ๑ เล่ม			
๑. สายไฟ AC	จำนวน	๑ ชุด																		
๒. กระดาษบันทึก	จำนวน	๒ ม้วน																		
๓. โตะวางเครื่อง	จำนวน	๑ ตัว																		
๔. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ	จำนวน	๑ เครื่อง																		
๕. คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ	จำนวน	อย่างละ ๑ เล่ม																		

ที่	รายการ	รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จ้าง		
		จำนวน (หน่วย)	ราคา มาตรฐาน หรือ ราคา กลางต่อ หน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จ้าง ครั้งนี้
๔	เครื่องสูบน้ำหนักแบบ คิลิคอลพร้อมตัวค ส่วนสูง	๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕	หม้อต้มเครื่องดื่ม	๑ เครื่อง	๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท	๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท

- เป็นเครื่องสูบน้ำหนักชนิดตัวเลข พร้อม วัดส่วนสูง
- สามารถสูบน้ำหนักพิกัดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม ความละเอียดน้ำหนักที่ ๑๐๐ กรัม
- หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร แสดงเป็นตัวเลข LED มองเห็นได้ง่ายแม้มีแสงน้อย
- สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๗๐-๑๙๐ เซนติเมตร
- เครื่องซึ่งใช้พลังงานจากไฟกระแสสลับ ๒๒๐ V และมีแบตเตอรี่ในตัว Rechargeable battery สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง มีโหมดประหยัดพลังงานดับเครื่องเองเมื่อไม่ใช้งานภายใน ๓ นาที
- ฐานวางเท้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗๐ x ๓๗๐ มิลลิเมตร ปูยางกันลื่นสามารถทำความสะอาดได้
- สามารถเลือกหน่วยซึ่ง แบบปอนด์ได้

เงื่อนไขเฉพาะ
รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับครบ

ขนาดหม้อต้มเครื่องดื่มแพทย์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้
: กว้าง ๒๐๐ มม x ยาว ๕๑๐ มม. x สูง ๑๕๐ มม.
: ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐/๒๔๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรซ์
๑. เป็นแบบใช้ไฟฟ้า
๒. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
๓. เป็นหม้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ * ๖* ๔ นิ้ว
๔. ขนาดที่กำหนดวัดจากภายใน
๕. มีถาดวางเครื่องดื่ม ยกขึ้นลงโดยคนโยกซึ่งทุ้มด้วยวัสดุทนความร้อน
๖. มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญาณเตือน พร้อมระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกินไป
รับประกันสินค้าที่เสนอ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วันทำการ
๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ (/) เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานเศรษฐกิจ () เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ๆ

(ลงชื่อ)..... *ด.ล. ๒*..... ผู้กำหนดคุณลักษณะ (ลงชื่อ).....
(นางนพกาญจน์ โพธิ์ชัยศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Phat
(นางพัทธนันท์ ภูสุวฟ้า)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พ.อ.อ.
ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวพัชรี แก้วมุลลา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน
.....
..... <i>11thongdon</i>
.....
(นายสมพงษ์ ภูสุวฟ้า) สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ความเห็นของผู้มีอำนาจ
.....
..... <i>อ.อ.อ.</i>
.....
(นายสุเทพ ชัยวัฒน์) นายอำเภอห้วยเม็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๓-๘๘๙๐๓๖

ที่ กส ๐๕๓๒/๒๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางการแพทย์

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก

เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๐๑/ว๑๒๗๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๗๐ และวงเงินระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๒๐ รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จำนวน ๕ รายการ ในวงเงิน ๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านแม่ข่ายโรงพยาบาลห้วยเม็ก

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ได้รับแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๐๑/ว๑๒๗๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ ในวงเงิน ๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เงื่อนไข-ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ (๔)(๕) ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๔ และ ข้อ ๘๑

๓. คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑๓๒๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเพื่อให้ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด งานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จึงขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ บุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. นางนพกาญจน์ โพชัยศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางพัทธนันท์ ภูผิฟ้า	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวพัทธรี แก้วมูลลา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์



(นางสาวกฤษโสภิต เกื้อเจริญ)
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ




(นายชุต หิรัญรักษ์)
ผช.สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก เพื่อโปรดพิจารณา
ได้ตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
และ มีงบประมาณเพียงพอสามารถเบิกจ่ายได้



(นายสมพงษ์ ภูมิฟ้า)
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ



(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)
นายอำเภอห้วยเม็ก

รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒	ราคา ที่ได้รับ อนุมัติ	จำนวน จัดซื้อ	รวมเงิน(บาท)
๑	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่ วัดส่วนสูง	เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐
๒	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐
๓	หม้อต้มเครื่องมือ	เครื่อง	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๑	๑๒,๘๐๐
๔	คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก	ตัว	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐
๕	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๓	๘๑,๐๐๐
รวม ๕ รายการ เป็นเงิน (ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)						๒๒๑,๘๐๐.๐๐



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก	
รับที่.....	ศส.
วันที่ ๒ / ๑๑ / ๖๕	๒๕
เวลา ๑๑-๑๒ น.	

ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๐๑/๑๑๒๓/๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลียงเมืองทุ่งมน กส. ๔๖๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ
ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (อปสข.) ระดับพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานะการดำเนินงานทางเว็บไซต์ <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ขอแสดงความนับถือ

- ศส. ห้วยเม็ก

สสอ. ห้วยเม็ก

(นายพรพัฒน์ ภูนากรณ์)

ในโอกาส: ๑๖.๑๐.๖๓

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

- ศส. (อ. กส) อ. ห้วยเม็ก

๑๖.๑๐.๖๓

- ๑๖/๑๐/๖๓

- ศส. ห้วยเม็ก

(นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๑๖.๑๐.๖๓

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. ๐ ๔๓๐๑ ๔๗๖๐

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้มีมติร่วมกันในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2564

วงเล็บร้อยละ 70 ครอบคลุมค่าบริการ จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับ	ID	บัญชี	ลักษณะ	จำนวนตัว	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	มูลค่ารวม	วันที่รับเข้า	รายการ	หมายเหตุ
204	444163	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 07 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ) ①	20,000.00	1	20,000.00			
205	444150	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 07 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	20,000.00	1	20,000.00			
206	444168	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 07 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	20,000.00	1	20,000.00			
207	407092	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	20,000.00	1	20,000.00			
208	407160	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	20,000.00	1	20,000.00			
209	444132	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	22,000.00	2	44,000.00			
210	444139	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	17,000.00	1	17,000.00			
211	444123	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	30,300.00	1	30,300.00			
212	444125	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	24,300.00	1	24,300.00			
213	407039	11082-รพ.หัวหมาก	OS374-รพ.สธ.บ้านเจ้า ใหญ่ หมู่ที่ 06 ตำบลท่า ใหญ่	เครื่องปรับอากาศ แบบหน้าต่าง ขนาด 15,000 บีทียู (ทำความเย็น ครั้งละ)	14,700.00	1	14,700.00			



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
รับที่.....๑๕๓
วันที่.....๓๐ / ๑๑ / ๖๕
เวลา.....๑๓.๓๖ น.

ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๒/๓๐๔/๐๖๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลียงเมืองทุ่งมน กส. ๔๖๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
และ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ได้แจ้งอนุมัติแผน
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยบริการรัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
(อปสข.) เขต ๗ ขอนแก่น และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเงินไปยังหน่วยบริการ
ความเยียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของหน่วยบริการรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/> ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ขอแสดงความนับถือ

- สด. พงษ์ศักดิ์ แก้วโคก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
งบท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(นายอภิชัย สิมานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

- นพ. อภิเดช วัฒนกุล
พว. กส.

- ๓๐/๑๑/๖๕

- นพ. อภิเดช วัฒนกุล
๓๐/๑๑/๖๕
(นางสาวจินตนา ศรีสุมาตรา)
กลุ่มงานพัฒนากายภาพบำบัดสาธารณสุข ๑ ม.ค. ๒๕๖๔

๓๑.๑.๖๔


โทร. ๐ ๔๓๐๑ ๔๗๖๐ ต่อ ๓๐๔



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต ๗ ขอนแก่น
๓๕๖/๓ อาคารซีที ซอย ๓ ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๖ ๕๒๐๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๖ ๕๒๑๑ <http://khonkaen.nhso.go.th/>

ที่ สปสช. ๕.๓๐/๒๒๕



๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เลขที่รับ ๙๙
วันที่ 4 28 2564
เวลา 15.06 น.

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ได้แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยบริการรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.) เขต ๗ ขอนแก่น และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยบริการรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ <https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport> ทั้งนี้ ขอให้ท่านเร่งรัดจัดซื้อ จัดหา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ อาสายุทธ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสปสช. เขต ๗ ขอนแก่น

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น

เรียน พล.ต.ท. นส.กษ

เรื่อง: แจ้งโอนงบที่เรียน ๖๔๖

- กลุ่มงาน ทบ.จ.๖๔ ติดลบ

ในดีแผนงาน / งบอุดหนุน

และงบอ. ๕๖๖

- เพื่อโครงการ/แผน

(นายธงชัย ปัญรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

- กว. / ดำเนินการ

(นายพรพัฒน์ ภูนาถลม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

สำเนาเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น

กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

ผู้รับผิดชอบ นายพชร น้อยสมบัติ

โทรศัพท์ ๐๔๐-๓๔๗-๕๒๐๖ e-mail: pothchara.n@nhso.go.th


FM-๔๐๓-๐๔-๐๕๐

ฉบับที่ ๐๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓



บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนี้	ชื่อรายการ (ภาษาไทย)	ชื่อรายการ (ภาษาอังกฤษ)	ประเภท	ค่า (บาท)	ชนิดการ	ประเภทการ	รหัสการ	ประเภท	หมายเหตุ	วันที่
79	AC-18	การขนส่ง	การขนส่ง	11.30	การขนส่ง	การขนส่ง	4330-001-0007	OT	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 11.30
80	AC-19	การขนส่ง	การขนส่ง	20.000	การขนส่ง	การขนส่ง	4330-001-0008	OT	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 20.000
81	AC-20	การขนส่ง	การขนส่ง	11.000	การขนส่ง	การขนส่ง	4330-001-0009	OT	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 11.000
82	AC-21	การขนส่ง	การขนส่ง	900.000	การขนส่ง	การขนส่ง	3740-001-0002	OT	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 900.000
83	AC-22	การขนส่ง	การขนส่ง	6.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6610-002-0007	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 6.000
84	AC-23	การขนส่ง	การขนส่ง	20.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6610-002-0008	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 20.000
85	AC-24	การขนส่ง	การขนส่ง	100.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0001	Ru	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 100.000
86	AC-25	การขนส่ง	การขนส่ง	25.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0002	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 25.000
87	AC-26	การขนส่ง	การขนส่ง	11.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0003	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 11.000
88	AC-27	การขนส่ง	การขนส่ง	70.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0004	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 70.000
89	AC-28	การขนส่ง	การขนส่ง	20.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0005	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 20.000
90	AC-29	การขนส่ง	การขนส่ง	95.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0006	Ru	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 95.000
91	AC-30	การขนส่ง	การขนส่ง	1500.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0007	Ru	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 1500.000
92	AC-31	การขนส่ง	การขนส่ง	300.000	การขนส่ง	การขนส่ง	6515-015-0008	Sup	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 300.000
93	AC-32	การขนส่ง	การขนส่ง	2.800	การขนส่ง	การขนส่ง	3530-002-0001	Ccu	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 2.800
94	AC-33	การขนส่ง	การขนส่ง	6.900	การขนส่ง	การขนส่ง	3530-002-0002	Ccu	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 6.900
95	AC-34	การขนส่ง	การขนส่ง	14.000	การขนส่ง	การขนส่ง	3530-002-0003	Ccu	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 14.000
96	AC-35	การขนส่ง	การขนส่ง	26.000	การขนส่ง	การขนส่ง	3530-002-0004	Ccu	บัญชีการขนส่ง	วันที่ 26.000

รหัส	ชื่อ	รายละเอียด	ยี่ห้อ (Manufacturer)	รุ่น	ราคา (บาท)	ประเภท	สถานที่จำหน่าย	วันที่หมดอายุ	สถานะ	หมายเหตุ	วันที่
304	BE-20	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Handheld Contact Tonometer	60kg	125,000	F3	กรุงเทพฯ	3515-031-0020	On		2024
305	BE-21	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Goldmann applanation tonometer	60kg	150,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0021	On		2024
306	BE-22	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Applanation tonometer (Auricular Phrenetic)	60kg	450,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0022	On		2024
307	BE-23	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Corneal pachymeter	60kg	321,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0023	On		2024
308	BE-24	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	321,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0024	On		2024
309	BE-25	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	1,550,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0025	On		2024
310	BE-26	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Autorefraction	60kg	500,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0026	On		2024
311	BE-27	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Corneal topography	60kg	1,500,000	A	กรุงเทพฯ	3515-031-0027	On		2024
312	BE-28	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Posterior segment optical coherence tomography with high definition	60kg	3,850,000	M1	กรุงเทพฯ	3515-031-0028	On		2024
313	BE-29	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	5,350,000	A	กรุงเทพฯ	3515-031-0029	On		2024
314	BE-30	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Anterior segment OCT	60kg	3,800,000	S	กรุงเทพฯ	3515-031-0030	On		2024
315	BE-31	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	150,000	F3	กรุงเทพฯ	6515-038-0001	On		2024
316	BE-32	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	300,000	F1	กรุงเทพฯ	6515-038-0002	On		2024
317	BE-33	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	3,200,000	S	กรุงเทพฯ	6515-038-0003	On		2024
318	BE-34	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	75,000	P	กรุงเทพฯ	6515-018-0001	On		2024
319	BE-35	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	30,000	P	กรุงเทพฯ	6515-018-0002	On		2024
320	BE-36	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	1,100,000	P	กรุงเทพฯ	6520-001-0001	On		2024
321	BE-37	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	55,000	F1	กรุงเทพฯ	6520-012-0001	On		2024
322	BE-38	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	25,000	P	กรุงเทพฯ	6520-008-0001	On		2024
323	BE-39	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	25,000	P	กรุงเทพฯ	6520-008-0001	On		2024
324	BE-40	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	50,000	F3	กรุงเทพฯ	6520-001-0002	On		2024
325	BE-41	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	40,000	F2	กรุงเทพฯ	6520-012-0002	On		2024
326	BE-42	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	Optical coherence tomography	60kg	25,000	P	กรุงเทพฯ	6520-008-0001	On		2024

รหัสนิติกรรม	ประเภทนิติกรรม	รายละเอียด	มูลค่า	ราคา (บาท)	จำนวน	ประเภท	วันที่จดทะเบียน	เลขที่จดทะเบียน	ประเภท	วันที่ออก	ผู้จดทะเบียน
433	ENT-06	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	300,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0006	Dx	มร.ช.ช.		
434	ENT-07	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	650,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0007	Ox	มร.ช.ช.		
435	ENT-08	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	7,000,000	A	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0009	Rx	มร.ช.ช.		
436	ENT-09	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	350,000	P2	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0009	Dx	มร.ช.ช.		
437	ENT-10	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,150,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0010	Rx	มร.ช.ช.		
438	ENT-11	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,150,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0011	Rx	มร.ช.ช.		
439	ENT-12	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	3,425,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0012	Rx	มร.ช.ช.		
440	ENT-13	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,550,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0013	Rx	มร.ช.ช.		
441	ENT-14	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	700,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0014	Dx	มร.ช.ช.		
442	ENT-15	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	535,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0015	Dx	มร.ช.ช.		
443	ENT-16	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,600,000	A	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0016	Dx	มร.ช.ช.		
444	ENT-17	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	100,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0017	Dx	มร.ช.ช.		
445	ENT-18	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	650,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0018	Dx	มร.ช.ช.		
446	ENT-19	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	300,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0019	Dx	มร.ช.ช.		
447	ENT-20	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	25,000	P	การโอนทรัพย์สิน	6515-043-0020	Dx	มร.ช.ช.		
448	CE-01	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,500,000	M1	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0001	Rx	มร.ช.ช.		
449	CE-02	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,300,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0002	Rx	มร.ช.ช.		
450	CE-03	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,000,000	S	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0003	Rx	มร.ช.ช.		
451	CE-04	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,070,000	M2	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0004	Rx	มร.ช.ช.		
452	CE-05	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	1,030,000	M2	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0005	Rx	มร.ช.ช.		
453	CE-06	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	750,000	M2	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0006	Rx	มร.ช.ช.		
454	CE-07	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	750,000	M2	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0007	Rx	มร.ช.ช.		
455	CE-08	ทรัพย์สินของ บ. ชู	ENT	470,000	M2	การโอนทรัพย์สิน	6515-035-0008	Rx	มร.ช.ช.		

ID	รหัส	กลุ่ม	รายการ (รายการไทย)	รายการ (ภาษาอังกฤษ)	ประเภท	ราคา (ต่อหน่วย)	รหัสสินค้า	รหัสรายการ	ประเภทของวัสดุทางการแพทย์	รหัสกำกับ	ประเภท	หมายเหตุ	ข้อมูล
456	CE-09	เครื่องมือทันตกรรมเครื่องมือ	ตัวปรับเส้นฟันบดขบกรางานเครื่องมือ			730,000	M2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-035-0009	Rx		มวรา
457	CE-10	เครื่องมือทันตกรรมเครื่องมือ	ตัวปรับเส้นฟันบดขบกรางานเครื่องมือ			642,000	M2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-035-0010	Rx		มวรา
458	RD-01	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	โมดูล		430,000	F2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-035-0020	Sup		มวรา
459	F-01	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			485,000	M2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-004-0001	Sup		มวรา
460	F-02	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			325,000	F2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-004-0002	Sup		มวรา
461	F-03	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			750,000	M1	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-004-0003	Sup		มวรา
462	BP-01	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			3,000	P	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0001	Dx		มวรา
463	BP-02	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			70,000	F3	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0002	Dx	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม	มวรา
464	BP-03	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			75,000	F3	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0003	Dx		มวรา
465	BP-04	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			7,900	P	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0004	Dx		มวรา
466	BP-05	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			7,900	P	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0005	Dx	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม	มวรา
467	BP-06	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			25,000	F3	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0006	Dx		มวรา
468	BP-07	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			100,000	F2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0007	Dx		มวรา
469	BP-08	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			65,000	P	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6515-004-0008	Dx		มวรา
470	X-01	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	Intracel x-ray unit	ทันตกรรม	150,000	P	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0001	Dx		มวรา
471	X-02	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	2 Dimension Panoramic and Cephalometric Dental Radiography	ทันตกรรม	1,800,000	M2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0002	Dx		มวรา
472	X-03	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	3 Dimension Panoramic and Cephalometric Dental Radiography	ทันตกรรม	2,800,000	M1	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0003	Dx		มวรา
473	X-04	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			650,000	F2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0004	Dx		มวรา
474	X-05	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			1,300,000	F2	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0005	Dx		มวรา
475	X-06	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			5,150,000	S	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0006	Dx		มวรา
476	X-07	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			7,000,000	M1	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0007	Dx		มวรา
477	X-08	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			11,770,000	A	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0008	Dx		มวรา
478	X-09	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม	เครื่องมือทันตกรรมทันตกรรม			3,745,000	S	วัสดุทันตกรรมทันตกรรม		6525-005-0009	Dx		มวรา

รายนาม	รหัส	กลุ่ม	รายการ (รายละเอียด)	รายการ (รายละเอียด)	ประเภท	ราคา (บาท/วัน)	ชนิดของบริการ	ปริมาณหรือระยะเวลา	รหัสพัสดุ	ประเภท	หมายเหตุ	สัญญา
546	4-19	งานบริหารทั่วไป	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 1 ไร่		งานบริการ	14,000	P	การทำความสะอาด	4110-002-0001	Off	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 1 ไร่	สัญญา 1
547	4-20	งานบริหารทั่วไป	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 2 ไร่		งานบริการ	18,000	P	การทำความสะอาด	4110-002-0002	Off	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 2 ไร่	สัญญา 2
548	11-21	งานบริหารทั่วไป	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 3 ไร่		งานบริการ	24,000	P	การทำความสะอาด	4110-002-0003	Off	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 3 ไร่	สัญญา 3
549	AUT-01	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 4 ไร่	Real-time PCR System (operation software and automated extraction)	LAB	3,700,000	A	การทำความสะอาด	6530-011-0001	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 4 ไร่	สัญญา 4
550	AUT-02	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 5 ไร่	Incubator	LAB	124,000	P1	การทำความสะอาด	6530-011-0002	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 5 ไร่	สัญญา 5
551	AUT-03	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 6 ไร่	Incubator	LAB	294,000	M1	การทำความสะอาด	6530-011-0003	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 6 ไร่	สัญญา 6
552	GB-01	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 7 ไร่		LAB	36,000	P	การทำความสะอาด	6530-001-0001	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 7 ไร่	สัญญา 7
553	GB-02	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 8 ไร่		LAB	40,000	P3	การทำความสะอาด	6530-001-0002	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 8 ไร่	สัญญา 8
554	GB-03	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 9 ไร่		LAB	110,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0003	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 9 ไร่	สัญญา 9
555	GB-04	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 10 ไร่		LAB	22,600	P	การทำความสะอาด	6530-001-0004	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 10 ไร่	สัญญา 10
556	GB-05	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 11 ไร่		LAB	104,000	P3	การทำความสะอาด	6530-001-0005	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 11 ไร่	สัญญา 11
557	GB-06	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 12 ไร่		LAB	6,000	P	การทำความสะอาด	6530-001-0006	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 12 ไร่	สัญญา 12
558	GB-07	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 13 ไร่		LAB	100,000	P1	การทำความสะอาด	6530-001-0007	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 13 ไร่	สัญญา 13
559	GB-08	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 14 ไร่		LAB	22,000	P	การทำความสะอาด	6530-001-0008	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 14 ไร่	สัญญา 14
560	GB-09	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 15 ไร่		LAB	27,000	P	การทำความสะอาด	6530-001-0009	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 15 ไร่	สัญญา 15
561	GB-10	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 16 ไร่		LAB	55,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0010	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 16 ไร่	สัญญา 16
562	GB-11	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 17 ไร่		LAB	50,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0011	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 17 ไร่	สัญญา 17
563	GB-12	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 18 ไร่		LAB	33,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0012	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 18 ไร่	สัญญา 18
564	GB-13	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 19 ไร่		LAB	40,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0013	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 19 ไร่	สัญญา 19
565	GB-14	บริการ	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 20 ไร่		LAB	27,000	P2	การทำความสะอาด	6530-001-0014	Sup	บริการทำความสะอาดพื้นที่ 20 ไร่	สัญญา 20



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3 - 4
2. ครุภัณฑ์การเกษตร	5 - 6
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	7 - 8
4. ครุภัณฑ์การศึกษา	9 - 9
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10 - 12
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13 - 14
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15 - 15
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16 - 20
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	21 - 22
10. ครุภัณฑ์สำนักงาน	23 - 27
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	28 - 28
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29 - 29
 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเป	
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33 - 43
2. ครุภัณฑ์การเกษตร	44 - 49
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	50 - 62
4. ครุภัณฑ์การศึกษา	63 - 64
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65 - 67
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	68 - 70
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	71 - 72
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	73 - 80
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	81 - 82
10. ครุภัณฑ์สำนักงาน	83 - 87
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	88 - 94
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95 - 97

ภาคผนวก

- | | |
|--|-----------|
| 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 48
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2516
เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และบ้านพักข้าราชการ | 101 - 101 |
| 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย
ราคาากลางของทางราชการ | 103 - 105 |
| 3. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 107 - 107 |

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
3.2 เติงตรวจภายใน 3.3 เติงทำคลอด	(4) สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า (5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock (6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า $90 \times 200 \times 45$ เซนติเมตร 1) โครงเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม สามารถพับได้เป็น 3 ส่วน 2) โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับ กันกระเทือน และกันเลื่อน ด้านล่างมีล้อขึ้นเตียงทำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ปูด้วยยางกันเลื่อนบนโลหะเรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ 3) มีขนาดไม่น้อยกว่า $57 \times 185 \times 80$ เซนติเมตร 4) สามารถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนลำตัว 5) มีอุปกรณ์ใช้งานครบ 1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้าง 2) เติงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้ 3) พื้นเตียงและโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและ ส่วนปลายเท้าความยาวไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว สูงเท่ากันตลอดความยาว (สูงไม่รวมเบาะ) ความกว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว กว้างเท่ากันตลอดความกว้าง 4) ส่วนลำตัว (1) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ (2) มีเครื่องยกกระดบโดยใช้ฟันเฟือง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทางด้านศีรษะ และด้านก้นและให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร (3) ใต้เตียง บริเวณที่วางก้นมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออกมาให้พื้นปลายเตียง (ส่วนลำตัว) ใต้ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร (4) มีที่ให้มีคนใช้จับทั้งสองข้าง ซึ่งสามารถพับเก็บได้ (5) มีที่กันเตียงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้ (6) ทางด้านก้นมีที่สำหรับใส่และรองขาทั้ง 2 ข้าง (7) มีที่รองรับขา 2 ข้าง ซึ่งสามารถถอดเก็บได้ เลื่อนขึ้นลงได้ ปรับให้เอนได้ทุกทิศทาง

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสั้งเขป
3.12 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว 2) สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม 4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร และค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
3.13 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	3.13.1 แบบตั้งโต๊ะ 1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ 2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric 3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 4) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที 5) อุปกรณ์ประกอบ (1) มีปลอกแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (Cuff) จำนวน 1 ชุด (2) มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 3.13.2 แบบสอดแขน 1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม 2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric 3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที



คำสั่งอำเภอห้วยเม็ก

ที่คห/ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ครุภัณฑ์ที่ดีมีคุณสมบัติ คุณภาพถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเพื่อให้ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางนพกาญจน์ โพชัยศรี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางพัทธนันท์ ภูผิวน้ำ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพัธรี แก้วมุลลา | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทางราชการโดย
เคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)
นายอำเภอห้วยเม็ก